

Cholestech LDX hs-CRP Control **REF** 12-918

ATTENTION: LOT SPECIFIC CONTROL RANGE ASSIGNMENT

ACHTUNG: ZUORDNUNG CHARGENSPEZIFISCHER KONTROLLENBEREICHE

ATENCIÓN: ASIGNACIÓN DE INTERVALOS DE CONTROL ESPECÍFICOS PARA CADA LOTE

ATTENZIONE - ASSEGNAZIONE DI INTERVALLI DI CONTROLLI SPECIFICI PER UN PARTICOLARE LOTTO

ATTENTION : ATTRIBUTION DE PLAGES DE CONTRÔLES SPÉCIFIQUES À UN LOT PARTICULIER

ATENÇÃO: ATRIBUIÇÃO DE INTERVALOS DE CONTROLO ESPECÍFICOS PARA UM DETERMINADO LOTE

BEMÆRK: PARTISPECIFIK KONTROLOMRÅDE TILDELING

OBS! TILLDELNING AV SATSSPECIFIKT KONTROLLOMRÅDE

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ

For Cholestech LDX hs-CRP cassettes / Für Cholestech-LDX-hs-CRP-Kassetten / Para casetes Cholestech LDX hs-CRP / Per le cassette Cholestech LDX hs-CRP / Pour cassettes hs-CRP Cholestech LDX / Para as cassetes Cholestech LDX hs-CRP / Til Cholestech LDX hs-CRP kassetter / För Cholestech LDX hs-CRP kassetter / Για κασέτες Cholestech LDX hs-CRP

LOT C17 7321

If you are using these controls, please note the following lot specific ranges for / Wenn Sie diese Kontrollen verwenden, beachten Sie bitte folgende spezifische Bereiche für / Si está utilizando estos controles, tenga en cuenta los siguientes intervalos específicos para / Se si utilizzano questi controlli, notare i seguenti intervalli specifici del lotto per / Lors de l'utilisation de ces contrôles, l'utilisateur doit prendre note des plages spécifiques au lot suivant pour / Se estiver a utilizar estes controlos, por favor tenha atenção aos seguintes intervalos específicos do lote para / Hvis man bruger disse kontroller, bedes man bemærke følgende partspecifikke områder for / Om du använder dessa kontroller, var god observera följande satsspecifika områden för / Εάν χρησιμοποιείτε τους μάρτυρες αυτούς, παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα εύρη τιμών ειδικών για την παρτίδα για

LOT CTL 0802R

Constituent / Bestandteil / Komponente /
Costituente/ Constituant / Constituinte /
Bestanddel / Beståndsdel / Συστατικό

Expected Range / Erwarteter Bereich / Intervalo esperado /
Intervallo atteso / Plage attendue / Intervalo esperado /
Forventet område / Förväntat intervall / Αναμενόμενο εύρος τιμών

Level 1 / Stufe 1 / Nivel 1 / Livello 1 / Niveau 1 /
Nível 1 / Niveau 1 / Nivå 1 / Επίπεδο 1
Level 2 / Stufe 2 / Nivel 2 / Livello 2 / Niveau 2 /
Nível 2 / Niveau 2 / Nivå 2 / Επίπεδο 2

0.67-2.71 mg/L

1.65-5.66 mg/L



Cholestech LDX high-Sensitivity C-Reactive Protein Test Cassette
Cholestech-LDX-Kassette für hochempfindlichen Test zur Bestimmung von C-reaktivem Protein
Casete para prueba de proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP) Cholestech LDX
Cassetta di analisi per proteina C-reattiva ad alta sensibilità Cholestech LDX
Cassette-test Cholestech LDX pour détection de protéines C-réactives à haute sensibilité
Cassete de Teste de Proteína C Reactiva de alta sensibilidade Cholestech LDX
Testkassette til Cholestech LDX højsensitivitet C-reaktivt protein
Testkassett för Cholestech LDX högkänsligt C-reaktivt protein
Κασέτα εξέτασης C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας Cholestech LDX



Cholestech Corporation
3347 Investment Blvd.
Hayward, CA 94545 USA
Tel 1.800.733.0404
1.510.732.7200
Fax 1.510.732.7227
www.cholestech.com

EC REP

AR-MED Ltd
Runnymede Malthouse
Egham TW20 98D
United Kingdom

402 14383
ART14383 Rev. A